

BLOMDAHL

FEELGOOD JEWELLERY

Återkallelse av Medical Plastic Daisy Crystal (art. nr 12-0114-41) för öronhåltagning **LOT 002ZP**

Vi har dessvärre upptäckt att en produktionsomgång av våra öronhåltagningsmycken, Medical Plastic Daisy Crystal, artikelnummer 12-0114-41 med LOT 002ZP, har ett fel där stenarna riskerar att lossna. Det är ett fel endast i denna specifika limningsomgång, vilket gör att stenarna riskerar att falla av på grund av ohärdat lim och att det därför kan förekomma en risk att limmet kommer i kontakt med huden.



Produktåterkallelsen gäller endast Medical Plastic Daisy i färgen crystal/vit och med **LOT 002ZP samt för håltagningar utförda efter den 18 maj 2022**. Kontakta den som utförde håltagningen om du tror att du berörs av denna återkallelse eller om du ser att en sten har lossnat på ditt håltagningsmycke. Ta ut smyckena och kontakta den som utförde håltagningen, så kommer du att erbjudas en ny kostnadsfri håltagning så snart de gamla hålen har läkt, samt ett valfritt hudvänligt smycke ur prisgruppskategori A.

Har du några frågor så tveka inte att kontakta oss på customerservice@blomdahl.com

Vi beklagar det inträffade och tackar för din hjälp.