



BLOMDAHL
medical beauty

Tilbagekaldelse af Piercing Aftercare LOT 002XF

Desværre har vi opdaget, at en produktionsbatch af vores rengøringsservietter, Piercing Aftercare artikelnummer 13-10, er blevet misfarvet. Derfor kan vi ikke garantere, at servietterne er sterile, og de skal derfor kasseres.

Det er ikke alle produkter/servietter, der er misfarvet i denne LOT, men for

en sikkerheds skyld vælger vi alligevel at tilbagekalde alle produkter i denne batch.



Produkttilbagekaldelsen gælder for LOT 002XF, hvilket er angivet på æsken og på bagsiden af servietpakken.

Hvis du har servietter fra denne batch tilbage, beder vi dig om at kassere dem og kontakte os, og vi sender dig en ny æske gratis.

Hvis du har spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os på customerservice@blomdahl.com

Vi beklager ulejligheden og takker for din hjælp.